



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy



Warszawa, dnia 02.10.2020 r.

Zamawiający
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo – Włochy
01-315 Warszawa
ul. gen. M.C. Coopera 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę aparatu
USG
znak sprawy: 10/PN/D/2020

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 6.

Zamawiający wymaga:

„Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 1900 Hz.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu, którego maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D wynosi 500 Hz.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 2

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 8.

Zamawiający wymaga:

„Regulacja wysokości położenia konsoli operatora. Zakres regulacji góra/dół Min. 25 cm.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu, umożliwiającego regulację wysokości położenia konsoli operatora w zakresie góra/dół wynoszącym 23 cm.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 9.

Zamawiający wymaga:

„Dotykowy panel sterowania funkcjami aparatu umieszczony na konsoli sterowania Min. 10.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu, który posiada 8,4 calowy dotykowy panel sterowania funkcjami aparatu umieszczony na konsoli sterowania.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 4

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 10.

Zamawiający wymaga:

„Minimum 3 aktywne, równoważne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury ultrasonografu. Możliwość rozbudowy o 4 równoważny port.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu, wyposażonego w 3 aktywne, równoważne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury ultrasonografu, ale bez możliwości rozbudowy o czwarty równoważny port.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 11.

Zamawiający wymaga:

„Waga aparatu Max. 55 kg.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu o wadze 90 kg.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 19.

Zamawiający wymaga:

„Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum) – dostępna na głowicach liniowych.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu wyposażonego w funkcję automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (umożliwiającego m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, automatyczne dopasowanie spektrum, ale bez możliwości automatycznego ustawienia położenia bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV,) – ww. funkcja dostępna jest na głowicach liniowych.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 7

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 33.

Zamawiający wymaga:

„Wykonawca podłączy obecnie posiadane przez zamawiającego aparaty USG (5 szt.) do systemu PACS/RIS zamawiającego, którego dostawcą jest firma Synektik S.A. Koszt wszystkich niezbędnych licencji po stronie wykonawcy.”

- a) Zwracamy się z prośbą o informację, których modeli aparatów USG, posiadanych przez Zamawiającego, dotyczy podłączenie do systemu PACS/RIS firmy Synektik S.A. Prosimy o podanie modeli i typów aparatów oraz nazwy producenta.
- b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach integracji z systemem PACS/RIS, wykonawcy mają uwzględnić koszty licencji a posiadane aparaty USG (5 szt.) są wyposażone w moduły DICOM i posiadają możliwość podłączenia do systemu PACS/RIS bez konieczności rozbudowy.
- c) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie oferty firmy Synektik na wykonanie podłączenia 5 szt. aparatów USG do systemu PACS/RIS Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich licencji oraz kosztów ewentualnej rozbudowy.
- d) W przypadku poszczególnych aparatów USG (5 szt.) zwracamy się prośbą o uzyskanie przez Zamawiającego od poszczególnych Dostawców oferty na wykonanie podłączenia do systemu PACS RIS .
- e) W przypadku konieczności rozbudowy poszczególnych aparatów USG o moduł DICOM lub inne niezbędne do wykonania podłączenia do systemu PACS/RIS, zwracamy się z prośbą o uzyskanie przez Zamawiającego od poszczególnych dostawców oferty na wykonanie ewentualnej rozbudowy aparatu o niezbędne opcje.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje wymagania z punktu 33 zgodnie z poniższym:

33.	Wykonawca podłączy obecnie posiadane przez zamawiającego aparaty USG (3 szt.) do systemu PACS/RIS zamawiającego, którego dostawcą jest firma Synektik S.A. oraz zapewni jedną dodatkowa licencję na podłączenie do PACS/RIS. Koszt wszystkich niezbędnych licencji po stronie wykonawcy.	
-----	---	--

a) Aparaty do podłączenia:

1. Toshiba Aplio 400
2. Toshiba Aplio 400
3. Samsung HS40
4. Dodatkowa 1 szt. licencji na podłączenie do RIS/PACS

- b) Zamawiający potwierdza, że każdy z wymienionych aparatów posiada licencję DICOM i posiadają możliwość podłączenia do systemu RIS/PACS bez konieczności rozbudowy.
- c) Zgodnie z SIWZ
- d) Zgodnie z SIWZ
- e) Zgodnie z SIWZ

Pyt. 8

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 35.

Zamawiający wymaga:

*„Głowica convex 1 szt.
Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2 – 8 MHz
Kąt widzenia – min. 55°
Ilość elementów min. 190.”*

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu, wyposażonego w głowicę convex o zakresie częstotliwości pracy 1,5 – 6 MHz, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 36.

Zamawiający wymaga:

*„Głowica liniowa 1 szt.
Częstotliwości pracy głowicy min. 3 – 18 MHz
Ilość elementów min. 192, szerokość skanowania 50- 55 mm”*

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonografu wyposażonego w:

- a) głowicę liniową o częstotliwości pracy 3,5-14 MHz, posiadającą 1700 elementów akustycznych o szerokości skanowania 58 mm.

Lub alternatywnie:

- b) głowicę liniową o częstotliwości pracy 4-18 MHz, posiadającą 1100 elementów akustycznych o szerokości skanowania 38 mm.

Dopuszczenie jednej z dwóch zaproponowanych głowic umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy wymienionej w pkt a), nie dopuszcza do zaoferowania głowicy wymienionej w pkt b).

Pyt. 10

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna– punkt 42.

Zamawiający wymaga:

„Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądania w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania. Min. 43 000 obrazów.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG wyposażonego w pamięć dynamiczną obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądania w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania 2700 obrazów.

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 11

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna – punkt 48.

Zamawiający wymaga:

„Zasilanie.”

Czy Zamawiający będzie wymagał wbudowanego akumulatora pozwalającego na 2 godziny pracy po utracie zasilania?

Takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo oraz lepsze wykorzystanie aparatu.

Odp.:

Zamawiający nie będzie wymagał wbudowanego akumulatora pozwalającego na 2 godziny pracy po utracie zasilania.

Pyt. 12

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna– pkt 1.

Zamawiający w pkt. 1 wpisał, że dostarczony aparat ma być wyprodukowany w 2019r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z datą produkcji 2019r. lub 2020r.
W takim przypadku prosimy o zmianę wymogu dotyczącą daty produkcji na min. 2019r.

Jeżeli jednak Zamawiający wymaga dostawy aparatu wyprodukowanego w min. 2020 r. prosimy o zmianę tego wymogu na min. 2020r.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje wymagania z punktu 1 zgodnie z poniższym:

1.	Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji min. 2019 , wyklucza się aparat rekondycjonowany, demonstracyjny. Dostarczony, przez autoryzowanego producenta wykonawcę, 1 szt.	
----	--	--

DYREKTOR

Paweł Dorosz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)